Phlébologie ANNALES VASCULAIRES 2017, 70, 3, p. 94-96

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHLEBOLOGIE

Distance entre le point de ponction et la fin des traitements endoveineux thermiques.

Distance between puncture point and end of thermal endovenous treatments.

Chauzat B.



Société Française de Phlébologie

Distance entre le point de ponction
et la fin des traitements
endoveineux thermiques

Dr CHAUZAT Bertrand
Bergerac
chauzat.b@gmail.com

0:09 / 1:42
YouTube



Société Française de Phlébologie

Extrémité de la fibre laser:

Limite de traitement
2.2 cm
Extrémité de la fibre
0
1
2
3
4
5
6
Made in Germany
merete
SteriPen SteriMarker
0:17 / 1:42
YouTube



Société Française de Phlébologie

Extrémité sonde Radio-fréquence

Limite de traitement
3.3 cm
Elément chauffant 7 cm
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
merete
SteriPen SteriMarker
0:26 / 1:42
YouTube

Visionnez les séquences Flash du mois


Société Française de Phlébologie
0:34 / 1:42
YouTube

Le cathéter en place


Société Française de Phlébologie
0:41 / 1:42
YouTube

La fibre nue en place


Société Française de Phlébologie
SteriPen SteriMarker
0:47 / 1:42
YouTube

Fin de traitement en laser


Société Française de Phlébologie
SteriPen SteriMarker
0:55 / 1:42
YouTube

Fin de traitement RF

Début de l'élément chauffant



Société Française de Phlébologie

Contrôle traitement laser à J+8

Limite de l'occlusion de la veine

Point de ponction



Société Française de Phlébologie

Contrôle RF à J+8

Limite de l'occlusion de la veine

Point de ponction



Société Française de Phlébologie

Occlusion

Fin de l'occlusion

2.3 cm

Point de ponction

Occlusion

Fin de l'occlusion

2.3cm

Point de ponction



Société Française de Phlébologie

Le point de ponction sera donc réalisé à 2.5 cm en amont de l'extrémité de l'occlusion souhaitée.

http://www.sf-phlebologie.org/vie-de-la-sfp/sequences-flash/sequences-flash-decembre-2016/423-distance-entre-le-point-de-ponction-et-la-fin-des-traitements-endoveineux-thermiques